# 灌南县政府采购

# 公开招标采购文件

项目名称：灌南县疾病预防控制中心职业健康体检特种车辆采购项目（二次）

项目编号：320724-F-GNZFCG2023013G

采 购 人：灌南县疾病预防控制中心

采购代理机构：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

2023 年 08 月 01 日

# 目　录

第一部分　采购公告.....

第二部分　投标人须知.....

第三部分　评标办法.....

第四部分　项目需求.....

第五部分　合 同.....

第六部分 投标文件格式.....

# 第一部分　采购公告

## 灌南县疾病预防控制中心职业健康体检特种车辆采购项目（二次）

## 公开招标采购公告

项目概况

灌南县疾病预防控制中心职业健康体检特种车辆采购项目招标项目的潜在投标人应在连云港市公共资源电子交易系统获取招标文件，并于2023年08月23日09点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

**一、项目基本情况：**

1.项目名称：灌南县疾病预防控制中心职业健康体检特种车辆采购项目

2.项目编号：320724-F-GNZFCG2023013G

3.采购需求：主要采购：职业健康体检特种车辆一台，总长约11米、总宽约2.5米、总高约3.6米，内含：医疗车、车载X射线机、车载X射线机防护设施、车内其它配套附件及安装、听力计、肺功能仪、心电图机、便携式彩超。具体详见招标文件。

4.本项目预算价为：150万元（报价超过预算的为无效投标人），报价包含但不限于售后服务及其它相关服务、招标代理费，中标后费用不再另行增加，请投标人综合考虑。

5.供货期：30天。

6.地点：灌南县。

7.质保期：2年

8.质量要求：合格；

9.对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

10.本项目（是/否√）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料:

1）.具有合法的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的只需提供新办法人营业执照副本）；

2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年度经第三方会计事务所审计出具的财务状况报告，新成立不满一年不需提供）。

3）.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2023年任意一月）（税收相关材料是指：近期缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。社保相关材料是指：近期缴纳社会保险专用收据或社会保险缴纳清单。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4）.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明材料；

5）.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2）、3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分 投标文件格式。

2.落实政府采购需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人如为生产商需持有本单位医疗器械生产企业许可证，如为代理商需持有本单位医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

**三、获取招标文件时间：**

1、时间：2023年08月01日至 2023年08月08日18:00止（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：连云港市公共资源交易平台（网址：http://ggzy.lyg.gov.cn/）获取文件。

3、方式：在线自行下载获取

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收截止时间：2023年08月23日09:00:00（北京时间）

电子投标文件上传地址：（http://218.92.36.85:8186/PSPBidder/memberLogin）

2.开标时间与地点

开标时间：2023年08月23日09:00:00（北京时间）

开标地点：连云港市公共资源不见面开标大厅

开标大厅网址：http://218.92.36.85:8186/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人可以对已发出的采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名称：灌南县疾病预防控制中心

地址：灌南县新安镇扬州北路

联系人：朱青

联系电话：13961309191

2、采购代理机构信息

名称：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

地址：连云港市海州区巨龙南路59号（君宸大厦17楼）

联系人：李工

联系电话：13675243679

**八、电子招标说明**

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.供应商进入“连云港市公共资源电子交易系统”，完成注册、CA办理、激活、诚信库信息完善等流程，选择需要获取的文件，信息录入后下载交易文件即可参加该项目采购活动。其他途径获取的招标文件无效，投标时投标文件将拒收，由此造成的不利后果由供应商自行承担。系统操作流程详见连云港市政府采购交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]。

系统操作咨询：400-998-0000；0518-85861319。

特别说明：依法获取采购文件的供应商，不能参加本项目采购活动的，应当在递交投标文件截止前，通过连云港市公共资源电子交易系统“放弃投标”模块，提交放弃说明（流程详见下载中心-供应商操作手册[网]）。对于未参加本项目采购活动，也未在递交投标文件截止前提交放弃说明的供应商，将按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》等有关文件规定，视为一般失信行为，给予信用评价扣分。

注：投标过程中遇到软件问题可联系相应软件公司寻求技术支持。联系方式如下：

| 软件公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 国泰新点 | 何工 | 18452501766 |

**重要提醒：**

如果您是第一次在连云港地区进行投标，请您先联系CA公司办理网络投标密码锁和企业电子签章，然后联系国泰新点软件公司进行密码锁的激活，用密码锁登陆连云港市公共资源交易网站会员系统进行诚信信息库的操作，以上步骤不进行或操作不完善，可能导致无法进场交易。

连云港市公共资源交易中心地址：连云港市海州区凌洲东路9号政务服务中心（3号楼-公共资源交易中心）

江苏CA（连云港办事点）：连云港市海州区凌洲东路9号政务中心3号楼一楼CA证书窗口。

密码锁激活：市区国有项目（国泰新点软件公司负责激活）

登录网站：连云港市公共资源交易网（http://ggzy.lyg.gov.cn/）

因江苏CA业务已被国信CA承接，现将本市认可的2家CA信息认证机构名单公布如下：

企业名称 中国金融认证中心 江苏省国信数字科技有限公司

CA名称 CFCA 国信CA

联系人 孙丽丽 18005133017

耿立珍 17751872787 周梦雪 15298603303

魏飞18261319191

电话 客服电话：4001662366 客服电话：4000251010

办公地址 连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心3号楼一楼大厅CFCA窗口 连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心3号楼一楼[国信CA]窗口

特别说明：

1、本次招标文件采用最新制作工具进行制作，供应商务必采用最新制作工具进行制作，投标单位制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件不一致，请投标单位按照招标文件中投标格式要求编制一份投标文

件资料添加在投标工具的【投标其他文件】中。如因投标人未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由投标人自行承担。

2、本次招标走政府采购交易端口，招标文件制作工具采用连云港政府采购模块制作招标文件。

**九、不见面交易，供应商注意事项**

本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密、现场疑义及回复、开标唱标（开启）等交互环节。注意事项说明如下：

1.不见面交易项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.开标（采购）当日，供应商可在任意地点通过连云港市公共资源不见面开标大厅参加开标会议，如自主决定抵达开标（采购）现场，请自备笔记本电脑、热点网络等（现场不提供），并提前做好调试，连云港市公共资源交易中心、（连云港市灌南县政府采购中心)、代理机构不承担因供应商自身准备原因造成的损失。

3.投标（响应）文件递交截止时间前，工作人员提前进入开标大厅，播放测试音频，请各供应商法定代表人或委托代理人提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到（参加多个标段投标的须分别完成），收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

注：供应商在签到时，须填写法定代表人或委托代理人姓名，手机号码（在整个招标采购过程中，该手机号码务必保持畅通，否则澄清、说明、答疑等联系不到产生的一切后果由供应商自行承担）。相关操作详见供应商操作手册[网]。

4.投标（响应）文件接收截止时间后，工作人员将在不见面开标大厅发出投标（响应）文件解密指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在发出指令后 30 分钟内完成。

因供应商网络与电源不稳定、配置的软硬件环境无法满足系统正常使用、CA 数字证书发生故障或错用等自身原因，导致投标（响应）文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商投标（响应）文件递交无效，系统内投标（响应）文件将被退回；因网上开评标系统发生故障，导致无法按时完成投标（响应）文件解密或开评标工作无法正常进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为不见面开标大厅运行无故障。

5.为保证交互效果，建议供应商配置的硬件环境有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 数字证书、音视频设备（耳麦、高清摄像头）等；软件环境有：IE 浏览器（版本必须为 11），江苏省互联互通驱动。建议选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身硬件、软件配备不齐全或发生故障等问题导致在交互过程中出现不稳定或中断等情形的，由供应商自身承担一切后果。

# 第二部分　投标人须知

## 一、说明

**1、适用范围：**

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的采购，招标需求详见第四部分“项目需求”。本次招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

**2、定义：**

“招标人”（采购人）系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造（研发）商或供应商；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。

**3、投标费用：**投标人应自行承担所有参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购单位、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**（1）采购代理服务费**

本采购代理费（按计价格（2002）1980 号文货物招标收费标准计取)由中标单位支付。投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

招标代理服务收费标准【国家计委计价格（2002）1980 号】

| 中标价 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|---|---|---|---|
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 二、招标文件说明

**1、招标文件的构成：**

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 评标办法

第四部分 项目需求

第五部分 合同

第六部分 投标文件格式

**2、招标文件的修改：**

招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

**三、投标文件的编制**

**1、编制要求：**

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制电子投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，**否则作无效响应处理**。

**2、投标报价：**

本项目投标报价最高不得超过预算价（最高限价），否则**作无效响应处理**。

投标人应根据投标报价要求在详细报价书上列明各项投标单价、总价等，未全部列示的**作无效响应处理**。

**3、投标人资格的证明文件：**

**（按照此表中资料提供并上传至投标文件制作工具中，如未按照此表提供资格审查不通过）**

资格审查材料：

投标单位请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；

| 序号 | 审查资料名称 | 提供方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合法有效的营业执照（副本）或法人证书、单位统一组织机构代码证 | 原件的扫描件上传至电子投标文件中<br>注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第3、4项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分 投标文件格式。 | |
| 2 | 法定代表人资格证明及法定代表人身份证<br>授权代表人身份证及法定代表人授权委托书 | | |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年度经第三方会计事务所审计出具的财务状况报告，新成立不满一年的不需提供）。 | | |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2023年任意一月）（税收相关材料是指：近期缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。社保相关材料是指：近期缴纳社会保险专用收据或社会保险缴纳清单。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金） | | |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | | |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料 | | |
| 7 | 投标人如为生产商需持有本单位医疗器械生产企业许可证，如为代理商需持有本单位医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证 | | |
| 8 | 投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 | 两个网站信用查询网页截屏加盖公章上传至电子投标文件中 | |

投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

投标人委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六部分“投标文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

**4、投标保证金：（本项目不收取投标保证金）**

**5、投标有效期：**

投标文件接收截止时间结束后60天内。

**6、投标文件制作工具：**

投标人必须使用连云港市公共资源电子交易系统可接受的投标文件制作工具编制投标文件，系统操作流程详见连云港市公共资源交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]，请及时关注版本更新。

**7、电子投标文件编制要求：**

投标人编制的投标文件应包括**商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料**等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

**（1）、投标文件格式：**

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

**（2）、商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）**

①响应函：请按给定格式及要求填写。

②开标一览表：请按给定格式及要求填写。

③报价明细表：请按第六部分“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

④政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“九、政策功能”。

⑤法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

⑥商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

⑦售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

**（3）、技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）**

①技术标：可以但不限于技术方案、招标文件规定的其他材料等，格式自定。

②项目需求响应：格式自定。

**（4）、评审因素所需材料：**

如有，请按招标文件要求提供。

**（5）、其他材料：**

如有，请按招标文件要求提供。

**8、生成投标文件：**

投标文件应由**法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章**，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件的提交

**1、投标文件的上传、修改和撤回：**

投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传。

投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

**2、递交投标文件的截止时间：**

所有投标文件都必须在规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的**不予接收。**

**3、电报、电话、传真以及纸质投标文件形式的投标概不接受。**

## 五、开标和评标

**1、开标：**

代理机构将在本招标文件第一部分“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备**身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的 CA 数字证书参加开标会。**

线下开标的，供应商必须按规定时间递交 CA 数字证书，**超过截止时间的代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。**

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，**如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。**

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

投标人使用 CA 数字证书解密投标文件后，代理机构当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容并记录，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行。

**2、评标委员会：**

评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人组成，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标期间，投标人的法定代表人或者获其授权的代理人必须候场，随时接受评委询问，并予以解答。

**3、对投标文件的审查和确定：**

（1）开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

（2）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价(对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（3）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

**符合性检查：**依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。**

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

**所谓重大偏离或保留**，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会 2/3 及以上成员的认定。

（4）评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（6）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**4、投标文件的澄清：**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（从评标系统发起）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过连云港市公共资源电子交易系统作出，使用 CA 数字证书签章后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

投标人有责任按照评标委员会通知的时间、方式进行答疑和澄清，如未按规定作出，其风险由投标人自行承担。

**5、评标原则、方法和现场开标特殊情况处理：**

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商

接触。

评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分，评标方法详见第三部分“评标办法”。

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）；“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用该条款；对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

**6、投标人存在下列情况之一的，投标无效：**

（1）投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**7、在招标采购中，出现下列情行之一的，应予废标：**

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、中标结果

### 1、中标人的确定

评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并根据采购人的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 2、中标通知书

中标人确定后，中标结果由代理机构在连云港市公共资源交易平台公告，中标公告期限为1个工作日，同时由灌南县政府采购中心向中标人发出中标通知书。**中标供应商在领取中标通知书时，需提供一份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并加盖公章（一正四副）**。

代理机构无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。

## 七、合同

### 1、签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性的修改。

## 八、质疑、投诉

### 1、 质疑

**（1）、质疑的提出**

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。**

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

**质疑函的接收方式为供应商书面原件提交**。联系部门、联系电话和通讯地址详见本招标文件第一部分“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当**提交质疑函和必要的证明材料**，应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

**⑦必要的证明材料；**

⑧采购文件(交易文件)下载回执函；

⑨营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负

责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

**（2）、质疑函的受理和答复**

质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。**对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理**。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

**（3）、质疑处理**

质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑供应商在全国范围 12 个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

**2、投诉**

投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 九、政策功能

**1、政策功能**

（1）、对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

（2）、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企

业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。本项目执行苏财购〔2022〕45 号文，对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

（3）、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

①供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

②供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

③供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第三部分　评标办法

**一、评标方法：综合评分法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

**二、评标原则：**评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

**三、评标标准：**

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格部分+商务部分+技术部分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 项目 | 评审分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
|---|---|---|---|
| 价格得分<br>30 分 | 投标<br>总报价 | 30 分 | 价格分采用满足招标文件要求且最后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分= （评标基准价 / 投标报价）*30 分(保留小数点后两位) |
| 商务部分<br>25 分 | 业绩 | 10 分 | 投标人自 2020 年 7 月以来完成同类 DR 体检车产品供货项目的业绩情况，每提供 1 个，得 1 分， 本项满分为10 分。<br>注：需提供合同或中标通知书原件的扫描件上传在电子投标文件中，时间以合同签订时间为准。未按照要求提供不得分 |
| | 产品认证评价 | 2 分 | 投标人具有辐射安全许可证的得 2 分；<br>注：需提供以上相关证书原件的扫描件上传在电子投标文件中，不提供不 得分。 |
| | 售后服务 | 5 分 | 对售后服务方案的质量保证期、服务响应时间、售后服务机构地点、售后 服务人员安排等内容进行综合评审：<br>质量保证期及服务响应时间均优于招标文件要求，有固定的服务地点及售 后服务人员的， 得 5 分；<br>质量保证期或服务响应时间部分优于招标文件要求，有固定的服务地点及售后 服务人员的，得 3 分；<br>质量保证期、服务响应时间等基本满足招标文件要求的， 得 1 分。<br>注：不提供售后服务措施的不得分。 |

| 项目 | 评审分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 产品交付时间、车内布局合理性 | 8分 | 根据投标人提供产品交付时间、服务便利性方案、车内布局情况进行评比：<br>1、 根据投标人响应产品交付时间的快慢程度分为优于标书要求的时间得5分，满足招标要求时间得2分，<br>2、根据投标人提供的车内布局图进行评分，车内布局合理，前、中、后三门分布均匀，人员上下流通性好、方便快捷，优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分（投标人需提供车内布局图） |
| 技术部分45分 | 技术规格响应 | 35 分 | 根据本项目招标文件技术参数要求部分，全部符合得满分30分，带“▲”标注的参数每项不满足扣除3分，其它不带“▲”标注的参数每项不满足扣2分，满分共30分，扣完为止。<br>车载X射线机为核心产品，投标人所投车载X射线机带“▲”参数优于招标参数的每项加1分，最多不能超过5分。<br>注：1、技术参数中带“▲”号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技 术白皮书(须由货物生产商或其直属机构盖章)或工信部车辆公告(须 由货物生产商或其直属机构盖章)或产品注册检验报告证明文件或制造商公开发布的印刷资料作支持。 2、对于加“▲”的技术参数(要求) 需提供相应的技术文件，如不提供 视为不响应，或提供证明材料中无法反映相应参数能满足招标要求，均视为不响应。 |
| | 产品性能评价 | 5 分 | 根据所投产品市场占有率、品牌知名度、技术先进性、专家认可度、客户满意度等情况评比：<br>1、评价为优得5分。<br>2、评价为良得3分。<br>3、评价为一般得 1 分<br>注:投标文件中提供产品详细技术方案、客户名单、产品优势特点说明等资料证明，不提供的不得分。 |
| | 投标产品检验报告 | 2 分 | 投标产品提供货物生产商或其直属机构盖章的相关检验报告关键页，整体 表述一致，按其响应程度分计 1-2 分。技术资料短缺或表述不一致的扣去 相应得分， 不提供者不得分。 |
| | 产品可靠性 | 3 分 | 功能齐全， 运行稳定，配置先进合理，所投 X 光机产品适用于流动车载， 提供药监局颁发的所投 X 光机整机注册证的“适用范围”核实，得 3 分。 产品注册证未体现车载的不得分。 |

**注：采购人保留对投标文件内容进行核实的权利。对提供虚假材料谋取中标的投标人，将取消其中标人资格，并按照有关法律法规进行严肃处理。**

# 第四部分　项目需求

**说明：**本项目采购方式为公开招标，项目属性为 货物采购 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

**1.本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。**

2.根据财政部令第 87 号第 31 条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规格。

本项目核心产品为：**车载 X 射线机**

**一、供货清单（参数及要求）**

一、 供货清单(参数及要求)

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
|---|---|---|
| (一) | 医疗车 | 1 辆 |
| (二) | 车载 X 射线机（核心产品） | 1 台 |
| (三) | 车载 X 射线机防护设施 | 1 套 |
| (四) | 车内其它配套附件及安装 | 1 套 |
| (五) | 听力计 | 1 台 |
| (六) | 肺功能仪 | 1 台 |
| (七) | 心电图机 | 1 台 |
| (八) | 便携式彩超 | 1 台 |
| 注、所有产品均由制造商或在其区域的辖属分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道。 | | |

二、车辆技术参数要求

说明： 带▲号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书或工信部车辆公告或制造商公开发布的印刷资料作支持， 以证明投标人技术响应的真实性。未提供者， 评标委员会有权认定为不合格响应的，其技术分予以扣减。

**（一）医疗车技术要求**

**1、整车要求：　（医疗车专用车型，国内一线品牌）**

▲1.1 总长：10800-11200mm

1.2 总宽：≥2500mm

1.3 总高：≥3600mm

▲1.4 轴距：≥5530mm

▲1.5 前悬(mm)：≤2250

1.6 后悬：　≥3150mm

1.7 接近角：≥9(°)

1.8 离去角：≥8(°)

1.9 总质量：≥15500kg

1.10 整备质量：≥13000kg

1.11 前轮距 (mm)：≤2070

1.12 后轮距 (mm)：≥1860

**2、发动机：国内知名品牌**

2.1 发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机

2.2 功率：≥220KW

2.3 排放标准：国六排放

2.4 排量：≥7600ml

**3、底盘：国内知名品牌**

3.1 变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器

3.2 轮胎：真空胎

3.3 悬架：多片簧

3.4 制动：符合 ECE 标准双回路气制动，前盘后鼓制动器

3.5 缓速器：电涡流缓速器

3.6 调整臂：国产自动调整臂

**4、车身主要配置参数**

▲4.1 车身结构：半承载式

4.2 内饰：成型内饰

▲4.3 乘客门及门泵：开右前门、右中门、右后门3个门，气动单扇外摆门

4.4 车窗、风档：　全封闭粘接式钢化玻璃。

4.5 后视系统：彩色倒车监视器

4.6 空调系统：空调非独立顶置式

4.7 地板：国产防滑、高级耐磨地板革

4.8 雨刮器：单机双臂对刮式

4.9 车辆配备车载电脑：倒车监控+行车记录仪+智能导航

**（二）车载 X 射线机技术要求**

1、整体要求

★（1）投标单位所投 X 光机必须具备整机注册证。

（2）具有体检专用数字 X 射线采集及处理系统著作权证书。

2 、高频高压发生装置（注明品牌、型号）

▲ (1) 最大输出功率：≥56KW(提供产品注册检验报告证明文件)

(2) 输入电源：单相 220V (提供产品注册检验报告证明文件)

(3)输入功率：≤10KVA (提供产品注册检验报告证明文件)

(4)摄片电压：40-150KV

(5)加载时间：0.001s-5s

▲(6) 最大电流时间积：≥630mAs (提供产品注册检验报告证明文件)

▲(7)最大输出电流：≥710mA(提供产品注册检验报告证明文件)

3 、X 射线管球组件(注明品牌、型号)

▲(1)阳极为旋转阳极，旋转阳极最大热容量：≥330KHU(提供产品注册检验报告证明文件或厂家技术白皮书)

▲(2)X射线管组件热容量≥1350KHU(提供产品注册检验报告证明文件或厂家技术白皮书)

(3)焦点标称值：小焦点≤0.6 mm，大焦点≤1.0mm

（4）阳极靶角≥12度；

（5）球管阳极最大旋转速度≥10000rpm

4、平板探测器(注明品牌、型号)

(1)探测器类型：非晶硅

(2)闪烁体：CSI；

(3)像素间距：≤140微米；

(4)像素：≥3072×3072 像素；

(5)分辨率：≥3.8lp/mm；

(6) A/D 转换 ≥16 位；

5、图像采集系统

▲(1)具备计算机软件著作权证明(提供证书)

(2)电脑：24寸显示器(分辨率 1920 x 1200)，CPU英特尔酷睿 i3 以上, 4GB 内存

(3)影像工作站(提供健康体检检查软件著作权证书)

①中文操作界面

②DICOM 浏览器： 快速图文采集成像， 标准 DICOM3.0 图像格式， 自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围， 快速调窗， 多窗显示， 拼图， 镜像， 旋转， 反相缩放，漫游， 浏览图像。裁剪， 分割， 测量， 标注。组织均衡， 平滑， 尖锐， 降噪， 边缘提取，卷积滤波， 数据分析；图像加减，平均，融合。

③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。(提供诊断报告模板，短语，任意安排)并可直接打印诊断报告(具备医用影像打印处理系统著作权证书)

④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，快捷方便，录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图)

⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告，节省人力工时(具备影像档案传输及处理系统著作权证书)

⑥图像软件通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类必检项目： SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述测试的一次性通过证书。

6、束光器：电动

7 、高压电缆：≥6 米/75KV (2 条)

8、滤线栅：18″×18″r=12 N≥40 焦片距 (FFD)： 1.8m

9 、车载机架： 固定球管、平板探测器装置， 上下行程 700mm,偏差±5%。

▲10 、具备全自动机械运动系统控制软件著作权证书。

**(三) 车载 X 射线机防护设施技术要求**

1 、X 光机铅防护： ≥2mm 四周铅板防护， 配备电动滑移铅门， 车辆出厂时提供计量质量检测 报告。

▲2、X 光机配电动铅屏风：1 套，电动控制

2.1 铅屏风性能指标：

2.1.1 防护屏铅当量：≥0.5mmPb；

2.1.2 电动控制升降调节

2.1.3 输入电源标记：输入电源为 AC220V±10% ，50Hz。

**（四）车内其它配套附件及安装要求**

1、投标商须提供平面布局图进行说明， 中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准

(1) 电测听室 1 间：符合听力筛查要求

(2) 检查床 1 张：配工作台、围帘

(3) 妇科检查床 1 张

(4) 配 3M 医用显示器 1 台

(5) 医用冰箱 1 台，规格≥80L

(6) 肺功能工作台1张

(7) 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求

(8) 驻车空调：3 部，规格：1.5P，顶置式 2 台，壁挂式 1 台

(9) 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用

(10) 车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整， 在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。

**（五）听力计产品技术要求**

1、通道：两路独立通道

2、频率范围

2.1 气导： 125-8000Hz

2.2 骨导： 250-8000Hz

3、强度范围

3.1 气导-10-120dBHL，5dB 步进

3.2 骨导-10-70dBHL，5dB 步进

▲4、掩蔽：掩蔽助理 TM

▲5、自动阈值测试： 测试修改(升序) Hughson 与 Westlake 模式，正常与快速模式

▲6、自动筛查测试： 可选择无结果频率阈值搜索

7、特殊测试： ABLB、SISI、Stenger

▲8、通讯系统：内置麦克风，单向通讯系

9、自定义测试：两组自定义测试

10、标准功能

10.1 纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音

10.2 脉冲音可预先设置时间间隔： 0.25-2.5 秒

10.3 正常：按 INT 键给声刺激

10.4 反转：按 INT 键停止给声刺激

11、失真

11.1 气导< 2.5%

11.2 骨导< 5%

▲12、内存：可预约 50 名患者，并存储 75 名患者的听力图

13、软件

▲13.1 中文软件

13.2 与 平台完全兼容

14、面板：中文操作面板

15、报告

15.1 可编辑的中文测试报告综合报告

15.2 可输出 XML 格式和 PDF 格式报告

16、接口： RS232 接口(可使用USB 转换)

17、操作环境：温度+10℃－+35℃，空气温度 30%-90%，气压 860hPa-1060hPa

18、预热时间：< 10 分钟

19、电源： 100-240VAC， 50/60Hz

20、功率消耗： < 60 VA

21、标准

21.1 听力计： EN60645-1 和 ANSI S3.6

21.2 患者安全： 符合 EN 60601-1， 1 类， B 型； UL60601-1；CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90

21.3 电磁兼容： EN 60601-1-2

22、其他：可通过软件调整显示屏和 LED 的对比度 / 亮度

**(六) 肺功能仪产品技术要求**

1、检测项目： 用力肺活量(FVC)、肺年龄、 肺活量(VC/SVC)、每分钟通气量(MV)、每分钟 最大通气量(MVV) 、支气管扩张试验 (BD) 、支气管激发试验、血氧饱和度检测、呼吸肌力 检测

2 、测量参数：

2.1 用力肺活量(FVC)：FVC ，FEV1.0 ，FEV1.0% ，PEFR ，MMF ，75 ，50 ，25 ，10 ，MTC75-50 ，MTC50-25 ，MTC25-RV ，MTCR ，MTCA ，OI ，ATI ，FEV0.5 ，FIV0.5 ，CVI ，Vextr%，FEV1.0%t，50/Ht，25/Ht，10/Ht，50/25，25/10，FEV3.0，FEV3.0%，MVVC ，Exp Time ，COPD ，FVC+FEV1 ，FVC best ，FEV1best ，LUNG AGE

2.2 肺器官年龄值

2.3 肺活量(VC/SVC)：VC ，TV ，IRV ，ERV ，IC，当输入 FRC 值后， 可以计算出来 RV，FRC ，TLC ，RV/TLC

2.4 每分钟通气量(MV)：MV ，RR ，TV

2.5 每分钟最大通气量(MVV)： MVV ，BSA ，MVV/BSA ，RR ，TV

2.6 支气管扩张试验 (BD) ： VC/SVC ，FVC ，MVV

3 、技术性能/指标：

3.1 热丝式双向流速传感器 。

3.2 抗菌过滤室一体传感器。防止交叉感染，有效保障医护人员安全

3.3 流量范围及精度：0- 14L/S；读数值的±3% 或±0.01 L/S

3.4 最大容量： 10 升

3.5 预计值公式：EUROPE ，BALDWIN ，BEIJING ，LAM-CHINA，中国人种预计值公式

3.6 容量精确度： ±3%或 50 毫升

3.7 液晶触摸屏彩色 5.7 英寸液晶触摸屏。显示清晰，操作简单

3.8 电源： 220/240V；60VA

3.9 直接显示慢阻肺(COPD)病期分类结果。测试结果图文丰富详尽易读(含有 COPD 诊断 结果图和田字形图和星形图)，疾控中心、体检中心专用机型

3.10 海量存储报告。

3.11 检测打印一体机。内置热敏打印，四种图文并茂报告格式

3.12 可测血氧饱和度和呼吸肌力。

3.13 连接电脑打印中文报告。

**（七）心电图机产品技术要求**

1、工作条件：

1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏， 50/60 赫兹，室温 5—40℃和相对湿度 25%RH~80%RH 的环境下正常工作

1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

2、 ECG 输入

2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：手动/自动可选，（支持 Nehb、Cabrera 导联体系）b

2.3 输入阻抗： ≥100M Q （10Hz）

2.4 频率响应： 0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5 定标电压： 1mV±2%

▲2.6 耐极化电压： ±880mV（±5%）

2.7 内部噪声： ≤12.5μVp-p

2.8 时间常数： ≥3.2 s

2.9 共模抑制比： ≥140dB（AC 滤波开启）； ≥123dB（AC 滤波关闭）

2.10 输入电流： ≤0.01p A

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

3、波形处理：

3.1 A/D 转换： 24bit

▲3.2 采样率： 16kHz，每导联

3.3 灵敏度选择： 1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动(AGC) mm/mV

3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能

3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

4、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历 800 例

4.2 数据可通过 SD 卡、 USB 口导入导出

4.3 支持外接 U 盘和SD 卡可扩展存储空间

5、 显示器：

5.1 不小于 7 英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形

5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、 输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

6、记录器：

6.1 热敏式点阵打印机

6.2　走纸速度： 5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

6.3　记录通道： 3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4　记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为： 210mm

6.5　打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印

6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增 益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告

6.8 具备在无网格纸上打印网格功能

7、功能

7.1　具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2　可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3　拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4　手动、自动、节律、 R-R 四种工作模式可供选择。

▲7.5 可以支持采集 10-60s 时间的采集、记录、储存、传输，可以从中选取 10s 进行分析，得出诊断结论

7.6　支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7　长时间波形冻结功能， 方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需 要的时间段进行记录

7.8　具有病历管理功能， 可进行病历查询、预览、修改、传输、打印， 方便医生调阅病人信息

▲7.9 支持连接同品牌数据管理软件形成心电工作站；支持连接同品牌心电网络管理软件，形成心电网络系统， 包括医院网络和省、市、县级区域网络， 可进行原始数据传输

▲7.10　支持外部存储器存储、 QTc 计算公式选择以及信号质量检测等功能选项

7.11　加配心电向量，根据 QRS 环位置面积，快速有效判断检出心肌梗死，提高检出率

8、外部输入接口：

8.1　USB 接口，网络接口功能， 外部输入输出端口，SD 卡接口

8.2　支持使用有线、无线的方式进行联网

8.3　支持 DAT 、PDF 格式，满足医院信息化需求

8.4　支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

9、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

10、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V　50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 4 小时以上

**（八）便携式彩超产品技术要求**

1、主要技术规格

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1.1.1. ≥15 寸高清晰、医用专业彩色 LED 显示屏

1.1.2.多倍波束合成

1.1.3.二维灰阶模式

1.1.4.组织谐波成像模式

1.1.5.斑点抑制成像

1.1.6.空间复合成像，支持≥7 条偏转线(提供曲别针试验证明图片)

1.1.7.频率复合成像

1.1.8.彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)

1.1.9.高分辨率血流技术

1.1.10.频谱多普勒成像(包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率)

1.1.11.M 型模式、彩色 M 型模式

1.1.12.组织特异性成像， 根据不同组织特性， 可选多种成像条件， 提高图像质量(提供证明图片)

1.1.13.扩展成像技术

1.1.14.实时双幅对比成像

1.1.15.一键自动优化单元， 可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式， 支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

1.1.16.智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作

1.1.17.一键实现全屏放大，支持≥2 种不同成像区域的放大

1.1.18.局部放大(支持前端、后端放大)

1.1.19.二维和彩色多谱勒双幅显示

1.1.20.穿刺针增强技术， 具备双幅实时对比显示， 增强前后效果， 支持增强平面多角度可调

1.1.21.支持超声教学软件(支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用)

1.1.22.支持多语言操作界面(包括键盘输入、注释、操作面板等)

1.2 测量和分析:

1.2.1.常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量(自动或手动包络测量，自动计算测量参数)

1.2.2.全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

1.2.3.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

1.2.4.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

1.2.5.用户可自定义测量项目以及公式编辑

1.3 电影回放及原始数据处理

1.3.1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5 分钟的电影

1.3.2.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

1.3.3.▲动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

1.4 检查存储和管理(内置超声工作站) 1.4.1. ≥800G 硬盘

1.4.2.内置超声工作站

1.4.3.多种图像导出格式： 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出， 无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像

1.4.4.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

1.4.5.一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

2、 技术参数及要求

2.1系统通用功能

2.1.1 监视器: ≥15 寸高分辨率、医用专业彩色 LED 显示屏

2.1.2 内置探头接口:1 个(可扩展到 3 个)

2.1.3 安全标准：符合商品安全质量要求

2.1.4 整机重量≤6KG

2.1.5 支持用户自定义按键数量≥4 个

2.2探头规格

2.2.1 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

2.2.2 凸阵探头具有≥4 种频率的变频范围， 常规扫描角度≥70 度， 扩展后扫描角度 ≥90 度

2.2.3 线阵探头具有≥5 种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

2.3二维灰阶模式

2.3.1 数字化声束形成器

2.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D≥12 bit

2.3.3 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

2.3.4 扫描线：每帧线密度≥230 超声线

2.3.5 发射声束聚焦：发射≥4 段

2.3.6 扫描频率：

电子凸阵：超声频率 2.5- 6.0MHz

电子线阵：超声频率 6.0-11.0MHz

电子微凸阵： 5.0-9.0MHz

2.3.7 二维独立角度偏转

2.3.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

2.3.9 最大显示深度: ≥30cm

2.3.10 最大帧率: ≥240 帧/秒

2.3.11 TGC: ≥8 段

2.3.12 LGC: ≥6 段

2.3.13 二维灰阶：≥256

2.3.14 ▲动态范围: 30-160db (可视可调，提供图片证明)

2.3.15 增益调节: B/M/D 分别独立可调，≥100

2.3.16 伪彩图谱: ≥8 种

2.3.17 体位标记：≥120 种，可以自定义注释

2.3.18 扫描帧率：诊断深度 18cm，全视野时≥51 帧 / 秒

2.4彩色多普勒模式

2.4.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.4.2 显示方式： B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

2.4.3 取样框偏转: ≥±20 度

2.4.4 最大帧率: ≥240 帧/秒

2.4.5 支持 B/C 同宽(提供图片证明)

2.5频谱多普勒模式

2.5.1　　包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

2.5.2　　显示方式： B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等

2.5.3　　显示控制：反转、零移位、 B 刷新、 D 扩展、 B/D 扩展等

2.5.4　　最大速度: ≥9.21m/s (连续多普勒速度 : ≥35m/s)

2.5.5　　最小速度: ≤1 mm /s (非噪声信号)

2.5.6　　取样容积: 0.5-20mm

2.5.7　　偏转角度: ≥±20 度 (线阵探头)

2.5.8　　零位移动：≥8 级

2.5.9　　快速角度校正

2.5.10　支持频谱自动测量

2.6 连通性

2.6.1　　参考信号: 心电，并支持心电触发控制

2.6.2　　支持 USB 储存介质一键存储普通 PC 格式文件，无需转换

2.6.3　　USB3.0 接口≥2 个，支持 USB 接口扩展

2.6.4　　音视频输出： S-Video

2.6.5　　有线网络接口 1 个 2.7外设和附件

2.7.1 可拆卸锂电池

2.7.2 储物设备

2.7.3 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

3、配置要求

3.1 全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机　1　台

3.2 探头：凸阵探头 1 个，线阵探头 1 个

3.3 拉杆箱： 1 个

4、安全和认证

4.1 经 CE、SFDA 认证

注： 加★号的条款为实质性响应条款， 未响应者或任何负偏离将导致废标。 加▲号的条款为重要条款，未响应者或任何负偏离将严重扣分。任何虚假响应， 经核实，都将取消中标资格或录入黑名单。

# 第五部分　合 同

# 灌 南 县 政 府 采 购

## 合 同

合同编号：

采购人：

中标人：

# 目　录

1、　合同书

2、　中标通知书

3、　履约保证金缴纳证明

4、　项目更改及补充文件

5、　投标报价表

6、　中标单位澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据____年____月____日_____（标段编号：_____）的采购结果，签订本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（¥_____）人民币。

（详见投标报价表）

**三、技术资料**

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管、安装调试所需的一切费用由投标人负责。在安装调试过程中，招标人有权参与。设备在此过程中的损坏由中标人负责。

3.4 监造、检验、服务和取证要求

货物安装调试工作由中标人负责，并确保提供的产品满足设计要求和验收合格（中标人投标报价的设备及材料必须满足使用地相关主管的行政部分验收要求及准用证的办理和领取。（相关费用已含在此次投标报价内）。

3.5 停车设备必须取得当地特种设备检测机构颁发的机械停车设备验收合格证书。

3.6 投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索

赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

**五、无产权瑕疵条款**

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

**六、履约保证金(本项目不收取履约保证金)**

6.1 乙方提交人民币__/__元作为本合同的履约保证金。乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交（具体缴纳方式由采购人定）。

6.2 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后无息退还。

6.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

**七、质保期**

7.1 质保期_2_年（自交货验收合格之日起计）。

**八、交货期、交货方式及交货地点**

8.1 交货期：_____ 。

8.2 交货方式：_____ 。

8.3 交货地点：_____ 。

**九、合同款支付**

9.1 付款方式：财政资金，项目安装完毕验收合格付款 80%，调试完成交付使用付清。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

**十、质量保证及售后服务**

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

**十一、调试和验收**

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

**十二、货物包装、发运及运输**

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十三、违约责任**

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十四、不可抗力事件处理**

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、争议解决**

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向灌南县仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌南县。

**十六、合同生效及其它**

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方、财政局、政府采购科各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

| | |
|---|---|
| 甲方： | 乙方： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

签订日期：　　年　月　日

# 第六部分 投标文件格式

# 灌 南 县 政 府 采 购

# 投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日　　期：

**格式 1、响应函**

# 响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方_____标段（标段编号：_____）采购文件，正式授权下述_____签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起 60 天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

**格式 2、开标一览表**

# 开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | |
| 质保期 | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 3、详细报价书**

# 报价明细表

标段名称：　　标段编号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

**格式 4、中小企业声明函**

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：　　年　　月　　日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

**格式 5、残疾人福利性单位声明函**

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：　　年　　月　　日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

# 财务状况报告及税收、社会保障资金
# 缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料**

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

**注：须附证明材料。**

声明人（盖章）：

日期：　年　月　日

**格式 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

# 声　明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 8、法定代表人授权委托书**

# 法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于 （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：　　年　　月　　日

**附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。**

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

**格式 9、商务条款偏离表**

# 商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式 10、技术规格偏离表

# 技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 | | | 响应产品规格及技术参数 | | | | 偏离说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 11、售后服务承诺书**

# 售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 12、项目团队人员一览表**

# 项目团队人员一览表

| 姓　名 | 本项目拟任职　务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 13、类似项目业绩一览表**

# 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 14、项目需求响应**

# 项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

**格式 15、其他材料**

# 其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日